

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁蔚	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 苏北人民医院	
项目信息	项目名称: 扬州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购项目	
	供应商名称: 乐其健康产业(江苏)有限公司	
专业人员论证意见	拟购设备与医院原有奥林巴斯 CV-290 配套使用, 目前仅该品牌主机仅能兼容同品牌内窥镜, 且该项目符合《政府采购法》“只能从唯一供应商处获得”的规定, 因此建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	丁蔚	日期 2023 年 8 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘勤川	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 扬州市中医院	
项目信息	项目名称: 扬州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购项目	
	供应商名称: 乐其健康产业(江苏)有限公司	
专业人员论证意见	扬州医院现有奥林巴斯, 奥林巴斯系统, 但只有购买奥林巴斯生产的电子结肠镜, 才能与现有主机相匹配, 所以建议通过单一来源采购到购货。	
专业人员签字	刘勤川	日期 2023年8月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周明山
	职称: 研究员级高级工程师
	工作单位: 扬州大学附属医院
项目信息	项目名称: 扬州市第三人民医院电子结肠内窥镜采购项目
	供应商名称: 乐其健康产业(江苏)有限公司
专业人员论证意见	<p>贵单位已有奥林巴斯图像管理系统机, 现又有购置奥林巴斯生产的电子结肠内窥镜镜子结构与现有主机相连, 其余公司生产的电子结肠内窥镜的接口不一样, 所以贵单位只购置的是奥林巴斯图像管理系统配套产品, 所以建议单一来源谈判。</p>
专业人员签字	<p>周明山</p> <p>日期 2023年8月1日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。